

開催日及び場所		平成27年2月26日(木)	横浜植物防疫所会議室	
委員		吉武 雅子(大学講師) 中川 隆(公認会計士) 田鍋 智之(弁護士)		
審議対象期間		平成26年10月1日～平成26年12月31日		
審議対象案件		11件 うち、1者応札案件4件 契約の相手方が公益社団法人等の案件0件		
抽出案件		6件 うち、1者応札案件2件 (抽出率55%) (抽出率50%) 契約の相手方が公益社団法人等の案件0件 (抽出率-%)		
抽出案件内訳	工事	一般競争	1件 うち、1者応札案件1件 契約の相手方が公益社団法人等の案件0件	
		指名競争	公募型指名競争	—
			工事希望型競争	—
			その他の指名競争	—
	随意契約	—	—	
	業務	一般競争	—	—
		指名競争	公募型競争	—
			簡易公募型競争	—
			その他の指名競争	—
		随意契約	公募型プロポーザル	—
			簡易公募型プロポーザル	—
			標準型プロポーザル	—
	その他の随意契約		—	
	物品・役務等	一般競争	3件 うち、1者応札案件0件 契約の相手方が公益社団法人等の案件0件	
		指名競争	—	
		随意契約(企画競争・公募)	—	
		随意契約(その他)	2件	
	(特記事項) 特になし			
	委員からの意見・質問、それに対する回答等		意見・質問	回答等
			動物検疫所関西空港支所関西空港検疫場排水処理施設配管改修工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札者が1者ということは、かなり特殊な技術が必要なのか。</li> <li>・入札公告はどのような形でやっているのか。</li> <li>・省庁別でなく場所別の公示としてアクセスする場所・方法はあるか。</li> </ul>
机ほか6品目の購入			<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札価格がかなり違う理由は何か。</li> <li>・例えば新規参入したいから安くしたというようなことはないか。</li> </ul>	<p>規格を指定する際に同等品可という条件としていることと、業者の企業努力によるものと考えられる。</p> <p>落札者は新規参入業者ではない。</p>
ゲル撮影装置外1品目購入			<ul style="list-style-type: none"> <li>・不落随契になったのは予定価格が低すぎたのか。</li> <li>・同等品もあるのか。</li> </ul>	<p>特殊な理化学機器のため値引きが厳しかったと考えられる。</p> <p>同等品も可としていたが、今回は同等品の申請はなかった。</p>
安全キャビネット性能検査業務			<ul style="list-style-type: none"> <li>・25年度は契約しているのか。</li> <li>・入札に参加するにあたり、性能検査に専門知識は必要か。</li> </ul>	<p>25年度は、キャビネットの製品メーカー毎に見積合わせによる随意契約をしていたが、契約相手が同一業者であったので一般競争入札に変更した。</p> <p>仕様書の中にうたっている検査が出来る業者であれば、参加資格をもっている。</p>
動物検疫統計検索システム改修業務			<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム改修は必須か。</li> <li>・予定価格算定で参考見積を提出した業者が入札に参加したのか。</li> </ul>	<p>この改修に関してはプログラムの変更ではなく、セキュリティの観点。ソフトウェアに重大なセキュリティの脆弱性が見つかったことから、対策が必要となった。</p> <p>入札に参加しているが、落札者ではない。</p>
検疫探知犬ハンドラー基礎訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>・派遣されて訓練を受けた者が、それを伝授すれば次から派遣しなくても良いのではないか。</li> <li>・アメリカ合衆国、オーストラリア、中華民国、韓国の探知犬訓練機関のうち、英語圏・アメリカ合衆国とした理由。</li> <li>・何年おきに何名派遣ということか。</li> </ul>	<p>試したこともあるが、操るのと教えるのではスキルが違う。</p> <p>英語であれば派遣する職員もコミュニケーションが取りやすい。アメリカ合衆国は政府、検疫当局と母体が同じ公的機関であるため、検疫への運用等の技術が習得できる。</p> <p>何年おきという計画ではなく、予算措置等と並行する。</p>		
委員会による意見の具申又は勧告の内容 [これらに対し所長が講じた措置]		特になし		