

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて（平成12年3月31日付け12畜A第729号農林水産省畜産局長通知）新旧対照表

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>第3 医薬品等の承認、医薬品及び再生医療等製品の再審査及び再評価並びに医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に関する事項</p> <p>1 (略)</p> <p>2 承認申請書の添付資料等</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 医薬品等の製造販売承認の申請に際して添付される試験資料（以下「添付資料」という。）は、次によるものとすること。なお、添付資料の詳細については、別途、動物医薬品検査所長から通知すること。</p> <p>ア (略)</p> <p>イ <u>添付資料作成のための試験に関する事項</u></p> <p>(ア) <u>臨床試験については、少なくとも2か所の施設における試験でなければならないこと。また、以下のいずれかに該当する場合を除き、施設のうち少なくとも1か所は国内の施設でなければならないこと。</u></p> <p>① <u>医療機器及び体外診断用医薬品に係る試験の場合</u></p> <p>② <u>医薬品（体外診断用医薬品を除く。）及び再生医療等製品に係る試験であって、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年農林水産省令第75号。以下「医薬品GCP省令」という。）、動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成26年農林水産省令第61号。以下「再生医療等製品GCP省令」という。）又は米国食品医薬品局、欧州医薬品庁若しくはオーストラリア農業・動物用医薬品局の臨床試験の実施の基準（以下「海外医薬品GCP」という。）に従つて実施された試験の場合</u></p> <p><u>なお、外国の施設で実施した場合であって、被検微生物の血清型が多様であるため当該試験成績を直ちに国内の対象動物に適用することが困難なとき、通常の飼養条件下から著しくかけ離れた条件下で試験が行われたとき等にあっては、薬理試験成績、国内の施設又は国内の飼養条件に類似</u></p>	<p>第3 医薬品等の承認、医薬品及び再生医療等製品の再審査及び再評価並びに医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に関する事項</p> <p>1 (略)</p> <p>2 承認申請書の添付資料等</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 医薬品等の製造販売承認の申請に際して添付される試験資料（以下「添付資料」という。）は、次によるものとすること。なお、添付資料の詳細については、別途、動物医薬品検査所長から通知すること。</p> <p>ア (略)</p> <p>(新設)</p> <p>イ <u>臨床試験及び残留性に関する試験については、少なくとも2箇所の施設（医療機器及び体外診断用医薬品に係る臨床試験以外の試験及び残留性に関する試験にあっては少なくとも1箇所は国内の施設に限ること。ただし、臨床試験（生物学的製剤の試験及び第一次選択薬による治療が無効であった動物に対するフルオロキノロン系等製剤の試験を除く。）を動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年農林水産省令第75号。以下「医薬品GCP省令」という。）又は米国食品医薬品局、欧州医薬品庁若しくはオーストラリア農業・動物用医薬品局の臨床試験の実施の基準（以下「海外医薬品GCP」という。）に従つて実施する場合はこの限りではない。）における試験でなければならないこと。ただし、残留性に関する試験を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて（平成12年3月31日付け12動薬A第418号農林水産省動物医薬品検査所長通知。以下「所長通知」という。）別添2の14の規定に従つて試験を実施する場合には、この限りではないこと。なお、国内の施設における臨床試験を実施しない場合には、承認後2年以内を目途に、再審査の申請に添付する資料のうち有効性及び安全性に関する調査について、中間とりまとめ</u></p>

した条件下における臨床試験成績等を補完データとして要求することがあること。

また、医薬品（体外診断用医薬品を除く。）及び再生医療等製品であつて、国内の施設における試験を実施しない場合には、承認後2年以内を目途に、再審査の申請に添付する資料のうち有効性及び安全性に関する調査について、中間取りまとめを実施し、その結果を動物医薬品検査所長に提出するものとすること。当該結果を動物医薬品検査所長が審査した結果、検証の必要があると判断した場合には、国内1か所以上の施設における製造販売後臨床試験を実施し、その結果を動物医薬品検査所長に直ちに報告するものとすること。

(イ) 残留性に関する試験については、少なくとも2か所の施設（少なくとも1か所は国内の施設とする。）における試験でなければならないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて（平成12年3月31日付け12動薬A第418号農林水産省動物医薬品検査所長通知。以下「所長通知」という。）別添2の14の規定により試験を実施する場合には、この限りではないこと。

なお、外国の施設で実施した場合であって、通常の飼養条件下から著しくかけ離れた条件下で試験が行われたとき等にあっては、国内の施設又は国内の飼養条件に類似した条件下における残留試験成績を補完データとして要求することがあること。

(ウ) その他の試験は、外国の施設における試験であっても差し支えないこと。

ウ 毒性試験、安全性に関する試験、医薬品若しくは再生医療等製品に係る臨床試験又は残留性に関する試験の成績を添付する場合は、動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年農林水産省令第74号。以下「医薬品GLP省令」という。）、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成17年農林水産省令第31号。以下「医療機器GLP省令」という。）、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成26年農林水産省令第60号。以下「再生医療等製品GLP省令」という。）若しくはこれらと同等以上と認められる基準又は医薬品GCP省令、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成17年農林水産省令第32号。以下「医療機器GCP省令」という。）若しくは再生医療等製品GCP省令に基づき実施され

を実施し、その結果を動物医薬品検査所長に提出するものとすること。動物医薬品検査所長が審査した結果、検証の必要があると判断した場合には、国内1箇所以上の施設における製造販売後臨床試験を実施し、その結果を動物医薬品検査所長に直ちに報告するものとすること。また、臨床試験又は残留性に関する試験を外国の施設で実施した場合であって、臨床試験においては測定項目又は作用原理が全く新しいものであるとき、被検微生物の血清型が多様であるため当該試験成績を直ちに国内の対象動物に適用することが困難なとき、通常の飼養条件下から著しくかけ離れた条件下で試験が行われたとき等、残留性に関する試験においては通常の飼育条件下から著しくかけ離れた条件下で試験が行われたとき等にあっては、国内の施設における試験成績を補完データとして要求することがあること（体外診断用医薬品及び医療機器を除く臨床試験及び残留性に関する試験にあっては、国内の施設又は国内の試験条件に類似した施設における臨床試験成績を補完データとして要求することがあること。）。

その他の試験は、外国の施設における試験であっても差し支えないこと。

なお、毒性試験、安全性に関する試験、医薬品若しくは再生医療等製品に係る臨床試験又は残留性に関する試験の成績を添付する場合は、動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年農林水産省令第74号。以下「医薬品GLP省令」という。）、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成17年農林水産省令第31号。以下「医療機器GLP省令」という。）、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成26年農林水産省令第60号。以下「再生医療等製品GLP省令」という。）若しくはこれらと同等以上と認められる基準又は医薬品GCP省令、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成17年農林水産省令第32号。以下「医療機器GCP省令」という。）若しくは動物用再生医療等製品の臨床試験の実

たもの（「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」第8条3及び6にいう確認を受けた試験施設の表に掲載されている施設で実施され、信頼性が確認できるものである旨を記載した書面を提出するものを含む。）を除き、毒性試験、安全性に関する試験又は残留性に関する試験については（ア）に、医薬品及び再生医療等製品に係る臨床試験については（イ）又は（ウ）に該当することを要すること。

（ア）～（ウ）（略）

エ～シ（略）

(3)～(6)（略）

3～16（略）

施の基準に関する省令（平成26年農林水産省令第61号。以下「再生医療等製品GCP省令」という。）に基づき実施されたもの（「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」第8条3及び6にいう確認を受けた試験施設の表に掲載されている施設で実施され、信頼性が確認できるものである旨を記載した書面を提出するものを含む。）を除き、毒性試験、安全性に関する試験又は残留性に関する試験については（ア）に、医薬品及び再生医療等製品に係る臨床試験については（イ）又は（ウ）に該当することを要すること。

（ア）～（ウ）（略）

ウ～サ（略）

(3)～(6)（略）

3～16（略）