

表 可溶性けい酸の分析値

試料番号		分析値(%)			試料番号		分析値(%)		
		1	2	平均			1	2	平均
試料 A1	220	34.33	34.54	34.44	試料 B1	128	21.86	21.57	21.71
試料 A2	119	34.37	34.81	34.59	試料 B2	98	21.29	21.71	21.50
試料 A3	185	34.45	34.73	34.59	試料 B3	24	21.35	21.56	21.46
試料 A4	154	34.71	34.57	34.64	試料 B4	110	21.85	21.53	21.69
試料 A5	152	34.56	34.47	34.52	試料 B5	191	21.34	21.20	21.27
試料 A6	27	34.33	34.55	34.44	試料 B6	207	21.32	20.84	21.08
試料 A7	115	34.81	33.76	34.29	試料 B7	37	21.34	21.54	21.44
試料 A8	68	34.73	34.62	34.67	試料 B8	166	21.85	21.63	21.74
試料 A9	165	34.45	33.54	33.99	試料 B9	40	21.59	21.53	21.56
試料 A10	171	34.37	34.09	34.23	試料 B10	7	21.92	21.64	21.78
PT-B-18	認証値	34.6		34.35	PT-B-18	認証値	34.6		34.53

表 可溶性けい酸の分析値(続き)

試料番号		分析値(%)			試料番号		分析値(%)		
		1	2	平均			1	2	平均
試料 C1	35	28.69	28.66	28.67	試料 D1	94	16.36	16.71	16.54
試料 C2	145	28.50	28.54	28.52	試料 D2	118	16.18	16.53	16.36
試料 C3	49	28.74	28.95	28.85	試料 D3	196	16.34	16.56	16.45
試料 C4	29	28.33	28.36	28.35	試料 D4	216	16.33	16.66	16.49
試料 C5	199	28.37	27.78	28.08	試料 D5	48	16.33	16.57	16.45
試料 C6	79	28.55	28.51	28.53	試料 D6	138	16.23	16.71	16.47
試料 C7	176	27.97	28.54	28.26	試料 D7	55	16.36	16.32	16.34
試料 C8	11	28.76	28.05	28.41	試料 D8	81	16.38	16.37	16.38
試料 C9	39	28.89	29.45	29.17	試料 D9	106	16.22	16.34	16.28
試料 C10	85	29.04	29.36	29.20	試料 D10	155	16.36	16.32	16.34
PT-B-18	認証値	34.6		34.61	PT-B-18	認証値	34.6		34.89

表 可溶性けい酸の分析値(続き)

試料番号		分析値(%)							
		1	2	平均					
試料 E1	17	25.01	25.04	25.02					
試料 E2	1	24.58	25.23	24.91					
試料 E3	102	25.02	25.45	25.24					
試料 E4	74	24.71	24.96	24.83					
試料 E5	86	24.82	25.31	25.06					
試料 E6	167	24.41	24.68	24.55					
試料 E7	114	24.55	24.82	24.68					
試料 E8	188	24.56	24.73	24.64					
試料 E9	50	24.69	24.61	24.65					
試料 E10	77	24.61	24.88	24.75					
PT-B-18	認証値	34.6		34.72					

【備考】

表 く溶性ほう素の分析値

試料番号		分析値(%)			試料番号		分析値(%)		
		1	2	平均			1	2	平均
試料 A1	52	11.50	11.24	11.37	試料 B1	47	1.69	1.60	1.65
試料 A2	11	10.94	11.33	11.14	試料 B2	1	1.52	1.65	1.58
試料 A3	12	11.20	11.02	11.11	試料 B3	25	1.60	1.65	1.62
試料 A4	37	11.17	11.06	11.11	試料 B4	43	1.61	1.56	1.58
試料 A5	13	11.33	11.38	11.35	試料 B5	51	1.56	1.66	1.61
試料 A6	17	11.03	11.61	11.32	試料 B6	66	1.73	1.60	1.67
試料 A7	15	11.34	11.70	11.52	試料 B7	60	1.60	1.61	1.60
試料 A8	32	11.28	11.67	11.48	試料 B8	74	1.57	1.56	1.56
試料 A9	41	11.31	11.68	11.50	試料 B9	9	1.49	1.65	1.57
試料 A10	16	11.04	11.26	11.15	試料 B10	29	1.56	1.60	1.58
FAMIC-A-17	認証値	0.554		0.544	FAMIC-A-17	認証値	0.554		0.542

表 く溶性ほう素の分析値(続き)

試料番号		分析値(%)			試料番号		分析値(%)		
		1	2	平均			1	2	平均
試料 C1	162	0.505	0.511	0.508	試料 D1	186	0.304	0.310	0.307
試料 C2	115	0.513	0.509	0.511	試料 D2	187	0.305	0.311	0.308
試料 C3	136	0.538	0.520	0.529	試料 D3	150	0.307	0.312	0.309
試料 C4	121	0.520	0.541	0.531	試料 D4	98	0.303	0.318	0.311
試料 C5	131	0.512	0.506	0.509	試料 D5	220	0.296	0.308	0.302
試料 C6	101	0.518	0.525	0.522	試料 D6	94	0.303	0.303	0.303
試料 C7	113	0.518	0.527	0.522	試料 D7	134	0.306	0.333	0.320
試料 C8	108	0.532	0.509	0.521	試料 D8	100	0.318	0.327	0.322
試料 C9	96	0.528	0.523	0.526	試料 D9	146	0.300	0.315	0.308
試料 C10	144	0.505	0.524	0.514	試料 D10	91	0.303	0.309	0.306
FAMIC-A-17	認証値	0.554		0.551	FAMIC-A-17	認証値	0.554		0.551

表 く溶性ほう素の分析値(続き)

試料番号		分析値(%)			
		1	2	平均	
試料 E1	183	0.130	0.117	0.123	
試料 E2	184	0.128	0.111	0.120	
試料 E3	107	0.134	0.115	0.124	
試料 E4	158	0.126	0.116	0.121	
試料 E5	165	0.126	0.115	0.120	
試料 E6	206	0.125	0.112	0.118	
試料 E7	103	0.119	0.113	0.116	
試料 E8	120	0.118	0.119	0.118	
試料 E9	128	0.119	0.117	0.118	
試料 E10	127	0.130	0.111	0.120	
FAMIC-A-17	認証値	0.554		0.556	

【備考】

表 水溶性ほう素の分析値

試料番号		分析値(%)			試料番号		分析値(%)		
		1	2	平均			1	2	平均
試料 A1	13	11.73	11.66	11.70	試料 B1	58	1.67	1.50	1.58
試料 A2	87	11.67	11.66	11.66	試料 B2	38	1.50	1.53	1.51
試料 A3	39	11.57	11.90	11.73	試料 B3	45	1.58	1.50	1.54
試料 A4	49	11.79	11.59	11.69	試料 B4	52	1.55	1.53	1.54
試料 A5	8	11.85	11.76	11.80	試料 B5	61	1.58	1.50	1.54
試料 A6	36	11.58	11.65	11.62	試料 B6	18	1.53	1.53	1.53
試料 A7	1	11.66	11.50	11.58	試料 B7	75	1.55	1.61	1.58
試料 A8	27	11.78	11.50	11.64	試料 B8	76	1.58	1.55	1.57
試料 A9	41	11.74	11.72	11.73	試料 B9	63	1.64	1.61	1.63
試料 A10	84	11.80	11.66	11.73	試料 B10	4	1.61	1.52	1.57
FAMIC-A-17	認証値	0.451		0.451	FAMIC-A-17	認証値	0.451		0.452

表 水溶性ほう素の分析値(続き)

試料番号		分析値(%)			試料番号		分析値(%)		
		1	2	平均			1	2	平均
試料 C1	119	0.536	0.538	0.537	試料 D1	104	0.326	0.326	0.326
試料 C2	212	0.552	0.538	0.545	試料 D2	114	0.323	0.315	0.319
試料 C3	180	0.537	0.554	0.546	試料 D3	128	0.325	0.310	0.318
試料 C4	103	0.535	0.552	0.544	試料 D4	198	0.325	0.318	0.322
試料 C5	215	0.541	0.533	0.537	試料 D5	162	0.314	0.318	0.316
試料 C6	191	0.537	0.542	0.540	試料 D6	220	0.317	0.310	0.313
試料 C7	93	0.549	0.547	0.548	試料 D7	219	0.315	0.320	0.318
試料 C8	121	0.545	0.552	0.548	試料 D8	218	0.326	0.323	0.325
試料 C9	90	0.535	0.547	0.541	試料 D9	207	0.320	0.327	0.323
試料 C10	145	0.548	0.535	0.541	試料 D10	197	0.325	0.324	0.325
FAMIC-A-17	認証値	0.451		0.461	FAMIC-A-17	認証値	0.451		0.460

表 水溶性ほう素の分析値(続き)

試料番号		分析値(%)			
		1	2	平均	
試料 E1	101	0.116	0.109	0.113	
試料 E2	196	0.109	0.108	0.108	
試料 E3	205	0.109	0.113	0.111	
試料 E4	151	0.115	0.113	0.114	
試料 E5	140	0.112	0.108	0.110	
試料 E6	98	0.102	0.092	0.097	
試料 E7	143	0.116	0.115	0.116	
試料 E8	194	0.112	0.112	0.112	
試料 E9	130	0.112	0.108	0.110	
試料 E10	99	0.112	0.118	0.115	
FAMIC-A-17	認証値	0.451		0.463	

【備考】