

栽培用メロン種子における遺伝子組換え体の検査方法

本検査法はメロンの種子を対象とする。DNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN 社) を用い、1 検体から 2 反復で DNA を抽出・精製する。得られた DNA 試料液を、内在性遺伝子検出用プライマー対・プローブ及び組換え遺伝子検出用プライマー対・プローブを用いたリアルタイム PCR に供し、内在性遺伝子と組換え体由来遺伝子の検出の可否により、遺伝子組換え体の含有の有無を判定する。

1. 種子由来DNAの抽出・精製

1.1 種子の粉砕

収去したメロン種子から破砕粒や他の混入物を取り除き、表面に他の付着物がないことを確認した後、無作為に500粒を採取し、表面に種子コーティングや薬剤処理が施されている場合は、超純水で10回洗浄後、38 °Cで18時間乾燥させる。種子が十分に乾燥していない場合は、更に38 °Cで乾燥後、フードミル（ミルサー IFM750G（イワタニ社）又はその同等品）等を用い粉砕する。均質な粉末状になったものをDNA抽出・精製操作に供する。一度に全量を粉砕できない場合には、複数回に分けて粉砕する。粉砕物を十分混合し分析試料とする。

なお、試料間のコンタミネーションを避けるため、粉砕時の環境や使用器具の取扱いには十分に配慮すること。コンタミネーションを防止するための対策については、独立行政法人農林水産消費技術センター（現・独立行政法人農林水産消費安全技術センター）作成の「JAS分析試験ハンドブック 遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル（改訂第3版）コンタミネーション防止編」を参考にすること。

1.2 種子粉砕物からのDNA抽出・精製

種子粉砕物 1 点につき 2 反復で実施する。

種子粉砕物1.0 gを50 mLチューブに量り採り、あらかじめ65 °Cに温めておいた AP1緩衝液5.0 mLとRNase A溶液(100 mg/mL) 20 µLを加え、試料液中に塊がなくなるまでボルテックスミキサーで混合し、65 °Cで10分間加温する。加温後、P3緩衝液を1,620 µL加え、ボルテックスミキサーで混合し、氷上に5分間静置する。次に3,000×g以上、室温で5分間遠心した後、上清550 µLをQIAshredder Mini Spin Column（薄紫色）に負荷し、20,000×gで2分間遠心する。ペレット化した細胞破片が剥がれないようにして、コレクションチューブ内の溶出液450 µLを新しい1.5 mLチューブに取った後、得られた溶出液にAW1緩衝液・エタノール混合液675 µLを加え、ピペットで混合する。混合液500 µLをDNeasy Mini Spin Columnに移し、6,000×gで1分間遠心した後、溶出液を捨てる。1.5 mLチューブ内の溶液が

全て無くなるまでこの工程を繰り返し行う。次に、新しい2 mLコレクションチューブ（キット添付）にセットしたDNeasy Mini Spin ColumnにAW2緩衝液・エタノール混合液500 μ Lを負荷し、20,000 \times gで1分間遠心し、溶出液を捨てる。再度AW2 緩衝液・エタノール混合液500 μ Lを負荷した後、20,000 \times gで2分間遠心し、DNeasy Mini Spin Columnのメンブレンを乾燥させる。DNeasy Mini Spin Columnを新しい1.5 mLチューブに移し、予め65 $^{\circ}$ Cに温めておいた滅菌蒸留水100 μ Lを加え、5分間静置した後、20,000 \times gで1分間遠心する。得られた溶出液（約100 μ L）をDNA試料原液とする。

2. DNA試料原液中のDNAの純度の確認並びにDNA試料液の調製及び保存

2.1 DNA試料原液中のDNAの純度の確認

DNA試料原液の適当量を取り、滅菌蒸留水を用いて適宜希釈^{*1}し、200~320 nmの範囲で紫外線吸収スペクトルを測定し、260 nm及び280 nmの吸光度を記録する。次いで260 nmの吸光度1.0を50 ng/ μ L DNAとして、DNA濃度を算出する。また260 nmの吸光度と280 nmの吸光度の比を計算する（A₂₆₀/A₂₈₀）。この比が1.7~2.0の場合、DNAが十分に精製されていることを示すが、1.7~2.0の範囲外であっても精製等の更なる操作は要さない。

^{*1} 希釈倍率は、吸光度測定装置により適切な測定に要する液量及び濃度域が異なるため、使用する装置によって調節する。

2.2 DNA試料液の調整及び保存

純度を確認したDNA試料原液を滅菌蒸留水で希釈して20 ng/ μ Lに調製し、DNA試料液とする。DNA試料液は20 μ Lごとに新たなマイクロ試料管に分注後、-20 $^{\circ}$ C以下で冷凍保存する。分注したDNA試料液は、融解後直ちに使用し、容器内に残った溶液は保存せず廃棄する。

3. リアルタイムPCR（ABI PRISM™ 7500*）を用いた定性PCR法

組換え遺伝子検知用及び内在性遺伝子検知用とも、DNA試料液1点につき2ウェル並行で実施する。

組換え遺伝子検知用としては、カリフラワーモザイクウイルス35Sプロモーター遺伝子配列を検知するプライマー対・プローブ「P35S」及びカナマイシン抵抗性NPT II 遺伝子配列を検知するプライマー対・プローブ「NPT II」を用いる。

また、内在性遺伝子検知用としては、植物共通18S rRNA遺伝子配列を検知するプライマー対・プローブ「18S rRNA」を用いる。

プライマー対・プローブの塩基配列は以下のとおりである。

* ABI PRISM™ 7500と同等の性能を有する他の機種を用いてもよい。

- ① 35Sプロモーター配列検知プライマー対・プローブ「P35S」
P35S-F : 5'- ATT GAT GTG ATA TCT CCA CTG ACG T -3'
P35S-R : 5'- CCT CTC CAA ATG AAA TGA ACT TCC T -3'
P35S-P : FAM 5'- CCC ACT ATC CTT CGC AAG ACC CTT CCT -3' TAMRA

- ② NPTⅡ遺伝子配列検知プライマー対・プローブ「NPTⅡ」
NPTⅡ-F : 5'- GAC AGG TCG GTC TTG ACAAAAAG -3'
NPTⅡ-R : 5'- GAA CAA GAT GGA TTG CAC GC -3'
NPTⅡ-P : FAM 5'- CCC TGC GCT GAC AGC CGG A -3' TAMRA

- ③ 植物共通遺伝子配列検知プライマー対・プローブ「18S rRNA」
18S rRNA 2-F : 5'- TGT TGG CCT TCG GGA TCG GGA TCG GAG TA -3'
18S rRNA 2-R : 5'- GCT TTC GCA GTT GTT CGT CTT TCA -3'
18S rRNA 2-P : FAM 5'- TCG GGG GCA TTC GTA TTT CAT AGT CAG A -3'
TAMRA

3.1 PCR用反応液の調製

PCR用反応液は、次の手順により、25 μ L / ウェルとなるように調製する。

1 ウェル当たりの試薬の分量は、TaqMan Universal PCR Master Mix^{*1}12.5 μ L、対象プライマー対溶液（各プライマー、25 μ mol/L）各0.5 μ L、対象プローブ溶液（10 μ mol/L）0.5 μ L、滅菌蒸留水8.5 μ Lとする。これらを試験点数に応じ必要量混合し、PCR用のPre-mix溶液を作成して、各ウェルに22.5 μ Lずつ分注した後、各DNA試料液2.5 μ Lを添加する。PCRのブランク反応液としてDNA試料液を加えないものも同時に調製する^{*2}。操作終了後、真上からシール^{*3}し、完全にウェルを密閉する。このとき、しわが寄らないよう、専用のシーリング用アプリケーションャーを用い、注意深く行う。最後にウェルの底を観察し、底に気泡がある場合は、プレートの縁を軽く叩いて気泡を抜いておく。

^{*1} TaqMan Universal PCR Master Mix

本試薬は粘性が高いため、混合操作を行う際には、混合が確実に行われるように注意する。不十分であれば、PCRがうまくいかない場合がある。使う直前には必ず軽く攪拌後、スピンドウンし、溶液を試料管の底に集めておいてから使用する。

^{*2} Non-Template Control (NTC)

DNA 試料液の添加の際、NTC には DNA 試料液の代わりに滅菌蒸留水をウェルに 2.5 μ L 添加する。

*3 96 ウェルプレート、シール及びシーリングアプリケーション

MicroAmp Optical 96-ウェル Reaction Plate (Thermo Fisher Scientific 社) 及び ABI PRISM Optical Adhesive Cover (Thermo Fisher Scientific 社) を使用する。シーリングの詳細については製品付属のマニュアルを参考のこと。

3.2 プレート情報の設定

反応に際しては、プレート情報の設定を行わなければならない。設定を行う項目は、検体の配置や種類及びプローブ特性である。具体的には新規シート上で、調製したプレートの配置に対応するように気を付けながら、検体の種類(「NTC」: Non-Template Control、 「UNKN」: DNA 試料液) の設定を行う。またプローブ特性に関しては、「Reporter」については「FAM」に設定する。「Quencher」については、「TAMRA」に設定する。また、「Passive Reference」は「ROX」に設定する。「Sample Volume」は 25 μ L に設定する。

3.3 PCR 増幅

装置にプレートをセットし、反応とデータの取り込みを開始する。反応条件は次のとおりである。50 $^{\circ}$ C で 2 分間の条件で保持した後、95 $^{\circ}$ C で 10 分間加温し、ホットスタート法で反応を開始する。次に、95 $^{\circ}$ C \cdot 15 秒間保持後 60 $^{\circ}$ C \cdot 1 分間保持を 1 サイクルとして、45 サイクルの増幅反応を行い、最後に、Remaining time が 0 分となっていることを確認し、反応を終了させた後、測定結果の解析を行う。

4. 結果の解析と判定

組換え遺伝子検知試験及び内在性遺伝子検知試験のいずれについても、結果の判定は Amplification plot 上で指数関数的な増幅曲線と Ct 値の確認及び multicomponent 上での対象蛍光色素由来の蛍光強度 (FAM) の指数関数的な増幅曲線の確認をもって行う。まず、遺伝子組換え体検知試験において目視で Amplification plot 上に指数関数的な増幅曲線が確認された場合には、遺伝子組換え体陽性を疑う。次いで、ベースラインを 3 サイクルから 15 サイクルで設定し、 ΔR_n のノイズ幅の最大値の上側で、安定した指数関数的な増幅曲線上で交わる Threshold line (Th. line) として 0.2 に設定する。ただし、Th. line がノイズや指数関数的でない増幅曲線と交わる場合は、それらと交わらないよう Th. line を適宜設定する。その Th. line から Ct 値が得られるか否かを解析する。

2 点並行で抽出した DNA 試料液 1 点につき、2 ウェル並行で実施した内在性遺伝子検知試験及び組換え遺伝子検知試験の結果、

- (1) 内在性遺伝子検知試験の全てのウェルで 43 未満の Ct 値が得られ、かつ、組換え遺伝子検知試験の全てのウェルで 43 未満の Ct 値が得られた場合には、当該試料は遺伝子組換え体陽性と判定する。
- (2) 内在性遺伝子検知試験の全てのウェルで 43 未満の Ct 値が得られ、かつ、組換え遺伝子検知試験の全てのウェルで 43 未満の Ct 値が得られない場合には、当該試料は遺伝子組換え体陰性と判定する。
- (3) 内在性遺伝子検知試験の全てのウェルで 43 未満の Ct 値が得られ、かつ、組換え遺伝子検知試験の全てのウェルで一致した結果が得られない場合、再度、検体からの「1 種子由来 DNA の抽出・精製」以降の操作を行い判定する。なお、再度抽出・精製を行った DNA 試料液においても遺伝子組換え体陽性の判定が得られない場合、当該試料からの本試験法による遺伝子組換えメロンの検知は不能とする。
- (4) 内在性遺伝子検知試験について、リアルタイム PCR を用いた定性 PCR に複数回供した場合であっても全てのウェルで 43 未満の Ct 値が得られない場合は、再度、検体からの「1 種子由来 DNA の抽出・精製」以降の操作を行い判定する。再度抽出・精製を行った DNA 試料液においても全てのウェルで 43 未満の Ct 値が得られない場合、当該試料からの本試験法による遺伝子組換えメロンの検知は不能とする。

なお、上記判定により遺伝子組換え体陽性が判定された結果について multicomponent を解析し、目視で FAM の蛍光強度の指数関数的な増加が観察でき、ROX の蛍光強度の明確な下降や FAM の蛍光強度の緩やかな上昇がないことを確認する。また、内在性遺伝子検知試験にて少なくとも 1 ウェルで 43 未満の Ct 値が得られない DNA 試料液については、再度、検体からの「1 種子由来 DNA の抽出・精製」以降の操作を行い、判定する。再度抽出・精製を行った DNA 試料液においても内在性遺伝子検知試験にて少なくとも 1 ウェルで 43 未満の Ct 値が得られない場合には、本試料からの本検査法による検知は不能とする。