

仕 様 書

1. 件名
令和7年度質量分析装置一式保守契約
2. 履行期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
3. 設置場所
令和7年4月1日から令和7年6月30日まで
東京都国分寺市戸倉1-15-1
動物医薬品検査所 LC/MS室 (庁舎3階)
令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
茨城県つくば市観音台2-1-22
動物医薬品検査所

4. 保守対象
質量分析装置一式
内訳

	品 名	型 番	数量
1	質量分析装置	アジレント・テクノロジー社製 1290Bio・6475A	1式
2	窒素発生装置	エアテック社製 AT-10NP-CST-MCT	1台

5. 保守内容
 - (1) 質量分析装置
 - ・履行期間中1回の定期点検の実施
 - ・修理時の、基本料金、技術料、技術者派遣料、修理・交換部品代の無償
(アジレント・テクノロジー社保守プラン 官公庁/大学向け Bronze+標準点検に相当)
 - (2) 窒素発生装置
 - ・履行期間中1回の定期点検の実施
 - ・修理時の、基本料金、技術料、技術者派遣料、修理・交換部品代の無償
6. その他
 - ・設置場所は令和7年7月1日に茨城県つくば市観音台2-1-22に変更となる。
なお応札に先立って設置場所変更に伴う契約継続の条件を書面で提出し、動物医薬品検査所の確認を受けること。
 - ・本仕様書に記載なき事項において疑義が生じた場合は、双方協議して対応することとする。