

# 仕様書

## 1 件名

超低温槽の購入

## 2 履行期限

令和7年3月28日

## 3 納入場所

東京都国分寺市戸倉1-15-1

農林水産省動物医薬品検査所検査第二部安全性検査領域  
発注者が指定した場所（1階）

## 4 調達内容

以下の条件を満たす超低温槽とする。なお、調達内容には搬入、据付け、調整及び必要な付帯作業を含む。

- ・電源は三相交流200Vであること。
- ・形状は縦型とし、庫内容量は400～460リットルであること。
- ・稼働中、扉開閉時等を除いて連続して庫内温度をおよそ-80℃に維持できること。
- ・停電、温度上昇等の必要な警報機能を備えること。

参考機種：日本フリーザー（株） CLN-42U

製品仕様を満たし、参考機種と同等以上の機能を有する機種とすること

※別紙提案書（雛形）により、条件を満たす機種を提案し、了承を得た上で入札に参加すること。また、その仕様等を満たしていることが分かる書類（カタログ等）を添付すること。

ただし、上記に記載した参考機種については、仕様等を満たしていることが分かる書類（カタログ等）を省略できる。

## 5 その他

- （1）詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、発注者と必要に応じ打合せを行うこと。
- （2）その他、疑義が生じた場合は、発注者と協議して対応すること。

# 提 案 書 (雛形)

令和 年 月 日

支出負担行為担当官  
動物医薬品検査所長  
嶋崎 智章 殿

住 所  
名 称  
代 表 者  
役職・氏名

令和7年2月17日付で入札公告のありました、超低温槽購入について、下記のとおり提案します。

## 記

	社名	型番	数量	備考
超低温槽			1式	

\*提案書は、提案する機種が分かるように明示すれば良い。